



Prüfschein

Test certificate

Ausgestellt für:
Issued to: Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., Ltd. (ZEMIC)
2 PO Box
723007 Hanzhong, Shaanxi
China

Prüfgrundlage:
In accordance with: EN 45501 (1992), para. 8.1 & 3.5.4 Fehleranteil / fraction $p = 0,7$
OIML R60 (2000), WELMEC 2.4 (2001)

Gegenstand:
Object: Wägezelle
DMS Scherbalken Wägezelle / *strain gauge shear beam load cell*

Typ / *Type:* H8C
E_{max} 0,5 t - 10 t
Genauigkeitsklasse C3
Accuracy class

Kennummer:
Serial number: --

Prüfscheinnummer:
Test certificate number: D09-03.19 2. Revision
D09-03.19 Revision 2


Datum der Prüfung:
Date of Test: --

Anzahl der Seiten:
Number of pages: 6

Geschäftszeichen:
Reference No.: PTB-1.12-4022689

Benannte Stelle:
Notified Body: 0102

Im Auftrag
By order


Dr. Bernd Meißner



Braunschweig, 25.04.2006

Siegel
Seal